

Certificado de Calibração: 5887/24

Santos, 19/04/2024

1 - SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO:

NOME: Sabesh Eta 3

ENDEREÇO: Rod. Cônego Domênico Rangoni, s/n - Jardim das Industrias, Cubatão - SP

2 - CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO:

DESCRIÇÃO: Pressostato

MODELO: Nada Consta

CONEXÃO: 1/4"

IDENTIFICAÇÃO - TAG: Nada consta

FABRICANTE: Nada consta

NÚMERO DE SÉRIE: Nada Consta

3 - RESULTADOS DO ENSAIO:

Set Inicial (kgf/cm ²)	Set Final (kgf/cm ²)	Set encontrado Inicial (kgf/cm ²)	Set encontrado Final (kgf/cm ²)	Desvio (kgf/cm ²)
5,00	9,00	5,00	9,00	0,00

4 - PADRÃO UTILIZADO:

Modelo: Manômetro Padrão Instrutherm MDP 170 / 1000Bar / Válido até 03/02/2025 / RBC

Número máximo adotado de casas decimais: 5

5 - CONDIÇÕES DE CALIBRAÇÃO:

LOCAL: Sabesp Cubatão/SP

UMIDADE: 56%

PRESS. ATM.: 950 mbar

TEMPERATURA: 21 °C

6 - INCERTEZA DE MEDIÇÕES:

O cálculo de incerteza foi feito de acordo com o Anexo E da norma EA-4/02 e utiliza um coeficiente de abrangência correspondente a 95.45 % de certeza.

Os resultados obtidos dependem dos dados informados, constituem apenas um exemplo de cálculo e não devem ser usados em aplicações reais. Não nos responsabilizamos pelo mau uso das informações aqui obtidas.

7 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

CONCLUSÃO: CONDIÇÕES NORMAIS

DATA CALIBRAÇÃO: 05/04/2024

LAUDO FINAL: APROVADO

PRÓXIMA CALIBRAÇÃO: 05/04/2025

8 - EVIDÊNCIA TÉCNICA:

8.1 - TAG DO INSTRUMENTO



8.2 - DURANTE A CALIBRAÇÃO



8.3 - FOTO DO INSTRUMENTO



9 - CONTROLE DE EMISSÃO:

ENGº KLEBER SAMPAIO
Responsável Técnico

ENGº CARLOS HENRIQUE DE MORAES
Dir. Engenharia