



Certificado de Calibração

Nº 1909/01/24

CLIENTE: CONERGE - INSPEÇÃO E ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 1473 CJ 104 - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11320-915

INSTRUMENTO: VACUÔMETRO

SERIAL / PATRIMÔNIO:

NC

FUNÇÃO: INDICADOR DE PRESSÃO

TAG:

PI-001-CLVC-0001

CRITICIDADE: NÃO INFORMADA

LOCALIZAÇÃO: CONERGE ENGENHARIA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INSTRUMENTO

DOCUMENTOS

MODELO: CLASSE B

O.S.: 1909

FABRICANTE: DALTECH

PROC.: IT-01

CALIBRAÇÃO E AJUSTE

ESTRATÉGIA: 1

FAIXA DE ENTRADA: Pressão P1 -600,0 a 0,0 (mmHg)

FAIXA DE SAÍDA: Pressão P1 -600,0 a 0,0 (mmHg)

CALIBRAÇÃO FINAL

Calibração (mmHg)	Referência (mmHg)	Cal. Corr. (mmHg)	Ref. Corr. (mmHg)	Leitura 1 (mmHg)	Média (mmHg)	Erro (mmHg)	U (mmHg)	k	Crit. Aceit. (mmHg)
0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,4	-1,4	0,7	2,000	30,0
-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-47,5	-47,5	12,5	0,7	2,000	30,0
-120,0	-120,0	-120,0	-120,0	-97,2	-97,2	22,8	0,7	2,000	30,0
-180,0	-180,0	-180,0	-180,0	-160,2	-160,2	19,8	0,7	2,000	30,0
-240,0	-240,0	-240,0	-240,0	-212,3	-212,3	27,7	0,7	2,000	30,0
-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-275,6	-275,6	24,4	0,7	2,000	30,0
-360,0	-360,0	-360,0	-360,0	-347,8	-347,8	12,2	0,7	2,000	30,0
-420,0	-420,0	-420,0	-420,0	-404,1	-404,1	15,9	0,7	2,000	30,0
-480,0	-480,0	-480,0	-480,0	-450,0	-450,0	30,0	0,7	2,000	30,0
-540,0	-540,0	-540,0	-540,0	-510,5	-510,5	29,5	0,7	2,000	30,0
-600,0	-600,0	-600,0	-600,0	-602,8	-602,8	-2,8	0,7	2,000	30,0

CONDIÇÕES DE CALIBRAÇÃO

LOCAL: CUBATÃO - SP

TEMPERATURA: 24°C

UMIDADE: 67%

PADRÕES UTILIZADOS

Modelo: PC-507-2-3-M-6-C N.R.: PC 507 2012 2022 - 2024 N. Cert.: RI 5682/22 Próx. Calib.: 11/2024 Escala: Pressão-C1 (psi) E/S:(E)

RESULTADO INICIAL: Aprovado

RESULTADO FINAL: Aprovado

DATA CALIBRAÇÃO: 27/12/2023

DATA EMISSÃO: 02/01/2024

COMENTÁRIOS

Fábio K. Q. Ajifu

Fábio K. Q. Ajifu
EXECUTANTE

Joel Conceição
Joel Conceição
RESPONSÁVEL